

Chirana

Рекомендований спосіб застосування

Подовжувач інфузійний CHIRALINE 450 , Подовжувач інфузійний CHIRALINE 1800



STERILE EO

Опис:

Подовжувач інфузійний CHIRALINE 450 , Подовжувач інфузійний CHIRALINE 1800.

Стерильні, нетоксичні, апірогенні.

Область застосування:

Призначений для з'єднання пристроїв для інфузій, або переливання для введення рідин або крові в систему кровообігу з використанням внутрішнього катетера і канюлі.



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Вироби повинні бути використані відразу ж після відкриття штучної упаковки, і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо індивідуальна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання виробу не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар, або ж медичний працівник;
5. Тільки для одноразового використання. Після одного використання виріб необхідно безпечно ліквідувати (утилізувати);
6. Даний виріб містить фталати DEHP;
7. Лінія розширення складається з фталатів, які можуть збільшити ризик порушення ендокрину у дітей, немовлят, або вагітних жінок. Слід уникати використання цього виробу для дітей, немовлят і вагітних жінок;
8. Повторна стерилізація, або ж повторне використання виробу можуть викликати інфекцію, або ж взаємну перехресну дію.



1. Перед використанням відкрийте індивідуальну упаковку виробу;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Не використовуйте виріб, якщо індивідуальна упаковка виробу пошкоджена;
3. Не використовуйте виріб, якщо захисні кришечки зміщені;
3. Кожен використаний виріб вважається зараженим і відразу ж після його використання повинен бути ліквідований в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте виріб безпечним способом, щоб попередити інфекцію.



Засторога!



Озн. з інструкцією для застосування

CODE:

Етал. № виробу / № позиції



Повторно викор. **ЗАБОРОНЕНО**



Код партії



Дата виготовлення



Використати до / Термін придатності



Стерилізовано етиленоксидом



Виробник



Виріб не містить PVC



Виріб не містить латекс



Не використовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці



Температурне обмеження



Не залишайте під дощем

«CHIRANA T. Injecta, a.s.»

Площа Д-ра Швейцера, 194

916 01 Стара Тура

Словацька республіка

Тел.: +421 / 32/7709 991

Факс: +421/32/7709 956

www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»

79057, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128

Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua